

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PONTE SERRADA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 11.696.615/0001-10

Telefone: (49) 3435-0122

Rua Madre Maria Theodora, 264

CEP: 89683-000 - Ponte Serrada SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 9/2020 - PE

Processo Administrativo: 9/2020

Data do Processo: 27/05/2020

**ANEXO I  
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	9,000	UN.	ARMÁRIO - ARMÁRIO - EM AÇO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA DE 40 KG, COM 03 OU 04 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM	700,0000	6.300,00
2	5,000	UN.	COMPUTADOR (All In One) - Computador (All In One) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	4.500,0000	22.500,00
3	3,000	UN.	ELETROCARDIOGRAFO - ELETROCARDIOGRAFO, com as seguintes características técnicas mínimas: automático portátil com impressão por cabeça térmica com aquisição simultânea das 12 derivações, com no mínimo 3 canais. Registro automático com duração configurável. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável. Teclado de membrana para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente. Tela de LCD colorida com no mínimo 5 polegadas para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência, cardíaca, formas de impressão e das 12 derivações simultâneas. Proteção contra desfibrilação	10.500,0000	31.500,00

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PONTE SERRADA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 11.696.615/0001-10

Telefone: (49) 3435-0122

Rua Madre Maria Theodora, 264

CEP: 89683-000 - Ponte Serrada SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 9/2020 - PE

Processo Administrativo: 9/2020

Data do Processo: 27/05/2020

(entrada flutuante). Detecção automática de marca-passo. Reposta de frequência de 0,05 a 100 Hz. Controle de velocidade de impressão. Impressão em papel termo sensível com no mínimo 80 mm de largura, com registro que indique data, hora, frequência cardíaca, velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60 Hz. Possibilitar transferência de exames para visualização no computador e impressão direta numa impressora externa. Acompanhar o aparelho: cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t), segundo normas ABNT. (02)Cabo de paciente 10 vias (conectores tipo garra). Eletrodos: precordiais tipos pêra: - de extremidades: tipo clip (adulto). Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 horas sem registro ou 500 exames, com indicação de bateria fraca. Todos os acessórios, componentes e materiais necessários à perfeita instalação e operação do equipamento. Garantia de 12 meses. Registro na Anvisa. O equipamento deve possuir garantia de 36 meses e acompanhado dos manuais de operação e serviços em língua portuguesa (Brasil). O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

4	2,000	UN.	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE OBESO (ATÉ 300 KG), RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE ATÉ 2 METROS	1.700,0000	3.400,00
5	3,000	UN.	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, com as seguintes características técnicas mínimas: Pressão de vácuo ajustável de 0 a 430mmhg no mínimo; Frasco coletor inquebrável com capacidade de no mínimo 5 litros, autoclavável no mínimo 121° c; Fluxo de aspiração de 31 A 49 LPM; Sistema de segurança que interrompe o funcionamento quando o frasco atinge sua capacidade máxima com alarme visual e sonoro; Deve possuir carrinho com rodízios para o transporte; Deve permitir aspiração intermitente através de pedal; Motor/bomba não aparente com proteção para diminuição do ruído; Nível de ruído durante o uso deve ser inferior a 60db; Filtro bactericida na saída de ar, evitando contaminação do ambiente. Acessórios: 02 (dois) Frascos coletores de 05 litros; 02 (dois) Conjuntos de tubos para aspiração; 50 (cinquenta) Filtros bactericidas; 01 (um) Carro para transporte do equipamento. Cabo de alimentação do tipo (2p+t). Equipamento deve possuir no mínimo 36 meses de garantia; Alimentação: Alimentação elétrica: 220v/60hz.	6.800,0000	20.400,00
6	5,000	UN.	CADEIRA - CADEIRA - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUI RODÍZIOS, POSSUI BRAÇOS, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO	170,0000	850,00
7	5,000	UN.	CADEIRA - CADEIRA - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NÃO POSSUI RODÍZIOS, NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI REGULAREM DE ALTURA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO	90,0000	450,00
8	1,000	UN.	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA COM BRAÇO	6.000,0000	6.000,00

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PONTE SERRADA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 11.696.615/0001-10

Telefone: (49) 3435-0122

Rua Madre Maria Theodora, 264

CEP: 89683-000 - Ponte Serrada SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 9/2020 - PE

Processo Administrativo: 9/2020

Data do Processo: 27/05/2020

9	5,000	UN.	CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MÍNIMO 7MA MESA PARA IMPRESSORA - MESA PARA IMPRESSORA - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 X 40 X 70 CM, TAMPO EM MADEIRA/MDF	150,0000	750,00
10	2,000	UN.	ARQUIVO - ARQUIVO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCÓPICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, DE 3 A 4 GAVETAS	580,0000	1.160,00
11	5,000	UN.	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM MADEIRA/MDF, COMPOSIÇÃO SIMPLES	300,0000	1.500,00
12	3,000	UN.	MESA DE EXAMES - MESA DE EXAMES - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO PINTADO/AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, ESTRUTURA DE 01 A 02 GAVETAS	1.600,0000	4.800,00
13	2,000	UN.	ESTANTE - ESTANTE - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPACIDADE/PRATELEIRA DE 101 A 200 KG, POSSUI REFORÇO	600,0000	1.200,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

100.810,00