

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PONTE SERRADA-SC

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2021
Processo Administrativo Nº 94/2021
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FABIANA SCÚSSIATO PEROSA
Data de Publicação: 07/10/2021 16:46:31

TOTAL DO PROCESSO: **876.330,25**

CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI **24.399.184/0001-72** **3.564,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 014 119,00 **Total: 2.380,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: FARMATEX Modelo:

Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu), confeccionado em silicone, com valvula unidirecional, com reservatorio. (Termo de Referencia n. 1)

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 119,00** Total Item: 2.380,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 082 118,40 **Total: 1.184,00**

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: FARMATEX Modelo:

Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Pediatrico (Ambu), confeccionado em silicone, com valvula unidirecional, com reservatorio. (Termo de Referencia n. 2)

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 118,40** Total Item: 1.184,00

SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELLI **38.285.172/0001-21** **96.901,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 065 87.964,00 **Total: 87.964,00**

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: COMEN Modelo: AX 400 + MONITOR C 80 + AG + PI + ETCO2

Descrição: Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparímetros, equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediatricos, adultos e obesos morbidos. Estrutura em material nao oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodizios giratorios, sendo no minimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com deteccoes de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo unico universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavavel. Valvulas para controle de fluxo e pressao com sistema de seguranca para proteger o paciente de pressao e fluxos inadequados. Rotômetro composto por fluxometro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigenio (O2) e oxido nitroso (N2O), podendo ser uma unica para ar comprimido ou com monitoracao digital com entrada para oxigenio (O2), ar comprimido e oxido nitroso (N2O). Sistema de seguranca para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausencia de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rapido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de seguranca para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, devera ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rapida montagem e desmontagem pelo operador e passivel de esterilizacao; Traqueias, valvulas, circuitos respiratorios, canister e sistema de entrega de volume, autoclavaveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustao de gases; Valvula APL graduada; Ventilador eletronico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatorios minimos: Ventilacao manual; Ventilacao com respiracao espontânea sem resistencia do ventilador; Ventilacao controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilacao controlada a pressao e ciclada a tempo (PCV); Ventilacao mandatoria intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatorios minimos: Volume corrente; Pressao; Frequencia respiratoria; Relacao I:E; Pausa inspiratoria; Peep. Alarmes de alta e baixa pressao de vias aereas; Apneia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia eletrica. Monitoracao numerica de pressao de pico, media, peep e grafica da pressao das vias aereas; Monitoracao de frequencia respiratoria, volume corrente, volume minuto e fracao inspiratoria. Alimentacao eletrica bivolt automa

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 87.964,00** Total Item: 87.964,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PONTE SERRADA-SC**

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 001	4.100,00	Total: 8.200,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: COMEN	Modelo: CM 300	
Descrição: Eletrocardiografo, com 12 canais, operacionalizacao direta no console, com comunicacao direta com o computador, com impressao direta no equipamento em formato A4. Deve possuir 2 cabos para de eletro; Alimentacao 220Volts; Treinamento de uso sem onus para a instituicao. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 13)				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.100,00		Total Item: 8.200,00	
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 026	368,50	Total: 737,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: CM	Modelo: 02 CORPOS	
Descrição: Negatoscopio, tipo 2 (dois) corpos. (Termo de Referencia n. 24)				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 368,50		Total Item: 737,00	
EMERSON NUNES DO EGITO - MEI			37.182.085/0001-86	5.130,30
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 050	2.199,80	Total: 2.199,80
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: NEVONI	Modelo: 1001	
Descrição: Aspirador de Secrecoes Eletrico Movei, fluxo de aspiracao de 15 a 30 lpm, valvula de segurancia, frasco termoplastico ou vidro, bateria recarregavel bivolt. Com registro na ANVISA. (Termo de Referencia n. 4)				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.199,80		Total Item: 2.199,80	
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 023	625,50	Total: 1.876,50
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: ADVENTURI	Modelo: PEDIATRICA	
Descrição: Balanca Antropometrica Infantil, modo de operacao digital, com tara, capacidade minima ate 16kg, dimensao minima da concha 540X290mm. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 7)				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 625,50		Total Item: 1.876,50	
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 067	360,00	Total: 720,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: MARTEC	Modelo: DF4001-D	
Descrição: Detector Fetal, portatil, com display, digital. Deve possuir bateria recarregavel; carregador para as baterias. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 12)				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 360,00		Total Item: 720,00	
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 071	167,00	Total: 334,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: OSCILAM	Modelo: JW3	
Descrição: Serra Eletrica para Gesso Hospitalar, com potencia minima de 180 Watts, voltagem 220v, com no minimo: Serra para gesso;- Disco de Serra com Å? de 50,8mm ou 2 pol.;- Disco de Serra com Å? de 63,8mm ou 2½ pol.;- Chave combinada para troca dos discos. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 29)				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 167,00		Total Item: 334,00	
MCA COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA			15.229.902/0001-71	260.000,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 050	153.000,00	Total: 153.000,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: ONIX	Modelo: OHFV-TOUCH BA250ET	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PONTE SERRADA-SC**

Descrição: Autoclave Hospitalar Horizontal, equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Devera funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programavel com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manometro e manovacuo metro destinados a indicar a pressao existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botao de emergencia. Câmaras externa e interna confeccionadas em aco inox AISI 316-L com isolacao termica. A câmara interna deve possuir dre no e uma entrada de validacao, permitindo a introducao de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitaria e sistema de emergencia. Fechamento das portas realizado por meio de elevacao vertical / guilhotina com sistema de seguranca antiesmagamento. Sistema hidraulico: tubulacoes e conexoes do conjunto hidraulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexoes da câmara de esterilizacao e gerador de vapor devem ser em aco inoxidavel ou outro material compativel. Possuir bomba de vacuo e bomba centrifuga de agua com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de seguranca que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos alem de alarmes audiovisuais. O ruido nao podera exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Devera acompanhar o equipamento, no minimo: 2 carros externos para acomodacao dos materiais, 1 carro interno para acomodacao dos materiais, 1 sistema de purificador de agua por osmose (compativel com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 5)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 153.000,00** Total Item: 153.000,00

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 001 53.500,00 **Total: 107.000,00**

Item: 40 Unidade: UN Marca: TAKAOKA Modelo: CARMEL

Descrição: Ventilador Pulmonar Pressometrico e Volumetrico, ventilacao mecânica invasiva e nao invasiva, eletronico microprocessado para pacientes neonatais, pediatricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilacao ou modos ventilatorios compatíveis: Ventilacao com Volume Controlado; Ventilacao com Pressao Controlada; Ventilacao Mandatoria Intermitente Sincronizada; Ventilacao com suporte de pressao; Ventilacao com suporte a volume; Ventilacao com fluxo continuo, ciclado a tempo e com pressao limita

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 53.500,00** Total Item: 107.000,00

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 **5.690,00**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 024 940,00 **Total: 4.700,00**

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: LIDER Modelo: P150C

Descrição: Balanca Antropometrica Adulto, modo de operacao mecânica ou digital, capacidade ate 150kg, regua antropometrica ate 2 metros. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 6)

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 940,00** Total Item: 4.700,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 069 990,00 **Total: 990,00**

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: LIDER Modelo: P300C

Descrição: Balanca Antropometrica para obeso, modo de operacao digital, capacidade ate 300kg, regua antropometrica ate 2 metros. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 8)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 990,00** Total Item: 990,00

WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. 54.611.678/0001-30 **48.000,00**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 053 16.000,00 **Total: 48.000,00**

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: WEM Modelo: SS-501LX

Descrição: Bisturi Eletrico, Gerador com potencia de 300W, microcontrolado por microprocessadores, capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados atraves dos paineis com membranas a prova d'agua com leitura digital de potencia. Modos de operacao no minimo: Bipolar, Monopolar. Especificacao minima do gerador: Corte puro (300W), Blend (130W), Coagulacao (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compativel com sistema de gas argonio. Acessorios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar. Alimentacao eletrica bivolt. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 9)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PONTE SERRADA-SC**

Quantidade: 3	Valor Unit.: 16.000,00	Total Item: 48.000,00	
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		90.909.631/0001-10	67.480,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 014	Total: 67.480,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: INSTRAMED	Modelo: CARDIOMAX
Descrição: Cardioversor, com comando nas pas de carga e disparo, com memoria de ECG, com modulo DEA, com pas internas, com impressora e bateria, Alimentacao 220Volts, treinamento de uso sem onus para a instituicao. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 10)			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 16.870,00	Total Item: 67.480,00	
PESENTI & PELAIS LTDA EPP		02.776.642/0001-02	8.700,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 018	Total: 8.700,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: general meditech	Modelo: g6a
Descrição: Cardiotocografo, portatil, com impressora, gestacao multipla com suporte; 100 unidades de papeis para impressao; Alimentacao 220Volts; Treinamento de uso sem onus para a instituicao. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 11)			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 8.700,00	Total Item: 8.700,00	
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		32.593.430/0001-50	3.523,50
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 060	Total: 1.572,50
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: PREMIUM	Modelo: ADULTO
Descrição: Esfigmomanometro Adulto, analogico, confeccao da bracadeira em nylon. (Termo de Referencia n. 15)			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 62,90	Total Item: 1.572,50	
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 018	Total: 604,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: PREMIUM	Modelo: INFANTIL
Descrição: Esfigmomanometro Infantil, analogico, confeccao da bracadeira em nylon. (Termo de Referencia n. 16)			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 60,40	Total Item: 604,00	
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 076	Total: 1.347,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: PREMIUM	Modelo: ADULTO
Descrição: Estetoscopio Adulto, tipo duplo com material de confeccao do auscultador em aco inoxidavel. (Termo de Referencia n. 17)			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 44,90	Total Item: 1.347,00	
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		03.155.958/0001-40	84.000,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 075	Total: 72.000,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: Medpej	Modelo: FL2000TLM24X24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PONTE SERRADA-SC**

Descrição: Foco Cirurgico de Teto, com duas cupulas, com lâmpadas de LED e controle eletronico de intensidade que atenda as especificacoes a seguir: fixacao ao teto atraves de haste central unica e devem possuir bracos articulados independentes para cada cupula, que permita os movimentos de torcao, flexao e rotacao em torno da haste central; Pelo menos uma das cupulas devera ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirurgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminacao de cavidades); Para sustentacao das cupulas nao deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cupula fique estavel na posicao em que foi colocada; Sistema de suspensao leve, facilitando o movimento e fornecendo rapida estabilidade; Cada cupula devera ser dotada com sistema de iluminacao por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor proxima ao branco natural; Emprego de sistema de reducao de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e reducao de radiacao ultravioleta; O indice de reproducao de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cupula devera ser igual ou maior do que 160.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distancia. A iluminacao do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cupula deve possuir sistema eletronico de controle da intensidade luminosa disposto no proprio braco da cupula com a utilizacao de teclado tipo membrana de facil higienizacao e via manopla existente no centro da cupula; Protecao do sistema eletronico com fusivel, substituivel; Manopla de focalizacao facilmente retiravel sem a utilizacao de ferramentas e autoclavavel, permitindo ajuste pelo cirurgiao durante o procedimento e atraves de painel eletronico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cupulas; As cupulas devem ser providas de sistema de dissipacao de calor voltada para fora do campo cirurgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgiao e paciente; Vida util do sistema de iluminacao LED de 30.000 horas ou maior. Alimentacao 220Volts; Treinamento de uso e instalacao sem onus para a instituicao. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 18)

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 24.000,00** Total Item: 72.000,00

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 060	12.000,00	Total: 12.000,00
----------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: Medpej	Modelo: FL2000ALM24E
----------	------------------	---------------	----------------------

Descrição: Foco Cirurgico de Solo Movei, tipo LED com no minimo 120.000 LUX-Sistema de emergencia com bateria, com pedestal com rodizios, com braco articulado, com par de manoplas autolavaveis, com ajuste de intensidade luminosa. Alimentacao 220Volts; Treinamento de uso sem onus para a instituicao. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 19)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 12.000,00** Total Item: 12.000,00

URSA COMERCIAL LTDA	26.628.908/0001-38	7.537,00
----------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 069	6.715,00	Total: 6.715,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: OLIDEF	Modelo: PHOTO
----------	------------------	---------------	---------------

Descrição: Aparelho para Fototerapia (ictericia/neonatologia), iluminacao em LED, com painel de controle micropocessado, com ajuste de irradiância. Alimentacao 220Volts; Treinamento de uso sem onus para a instituicao. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 20)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 6.715,00** Total Item: 6.715,00

LOTE 25	Quant.: 1	Num: 099	274,00	Total: 822,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: MIKATOS	Modelo: TK
----------	------------------	----------------	------------

Descrição: Otoscopia Simples, iluminacao fibra optica / LED, com 5 a 10 especulos reutilizaveis. (Termo de Referencia n. 26)

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 274,00** Total Item: 822,00

W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	05.968.162/0001-31	38.000,00
--	---------------------------	------------------

LOTE 21	Quant.: 1	Num: 017	38.000,00	Total: 38.000,00
----------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: Olidef	Modelo: RWT plus
----------	------------------	---------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PONTE SERRADA-SC**

Descrição: Incubadora de Transporte Neonatal, equipamento possui cupula construida em acrilico transparente, com paredes duplas em toda sua superficie para protecao do paciente contra perda de calor. Base em material plastico, possuir alcas para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnicoes autolavaveis em silicone atoxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perimetro da incubadora. Deve possuir leito removivel em material plastico antialergico com dimensoes que permitam adequada ergonomia para cintos de segurancia em material macio e resistente, de facil ajuste. Deve possuir colchao removivel, impermeavel e de material atoxico e autoextinguivel com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removivel. Entrada de oxigenio sem despejo de gas para a atmosfera, permitindo alta eficiencia, economia e protecao, acoplada a suporte com altura ajustavel, com rodizios e freios. Umidificacao atraves de espuma sob o leito. Iluminacao auxiliar com haste flexivel para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retencao bacteriologico. Painel de controle deve proporcionar a monitorizacao termica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia eletrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulacao de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicacao do modo de alimentacao, indicacao das temperaturas do ar. Deve possuir indicacao visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregavel com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automatico do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no minimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustavel, resistente a choques mecanicos, acoplavel a ambulância, 2 cilindros em aluminio tipo D ou E para oxigenio ou ar comprimido com valvula redutora e manometro, suporte de soro com altura ajustavel, prateleira para colocacao de perifericos; cabos de ligacao, tubo de oxigenio com regulador e fluxometro, colchonete confeccionado em material atoxico e demais componentes necessaria

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 38.000,00** Total Item: 38.000,00

MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA EPP **07.540.203/0001-10** **45.000,00**

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 036 45.000,00 **Total: 45.000,00**

Item: 22 Unidade: UNIDADE Marca: NOVAMEC Modelo: MEC/S 140 L

Descrição: Mesa Cirurgica Eletrica, para procedimentos cirurgicos. Caracteristicas tecnicas minimas: Base fabricada em aco inoxidavel ou material superior, com tratamento anticorrosao, podendo ser revestida em polimero ABS reforcado, aco inoxidavel ou material superior. Base movel com rodizios de no minimo 3 e no maximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentacao, fixacao e freios motorizados acionados atraves do painel de controle. Coluna fabricada em aco inoxidavel ou material superior, com tratamento anticorrosao, podendo ser revestida em polimero ABS reforcado, aco inoxidavel AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aco inoxidavel ou material superior, com tratamento anticorrosao, com sistema que proporcione a blindagem contra liquidos das partes internas. Leito articulavel, radio transparente, dividido no minimo em 05 seccoes (cabeca, dorso, assento, renal e perneira retrateis). Regua em aco inoxidavel para colocacao de acessorios. Capacidade de carga minima de 220 kg na posicao zero. Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no minimo 200mm de elevacao, trendelemburg minimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg minimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulacoes minimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa minima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverao ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no minimo 2m de comprimento. Deve permitir no minimo as seguintes posicoes: Renal; semiflexao de perna e coxa; Flexao abdominal; semissentado e sentado. Acessorios minimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braco, 01 par de portacoxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de facil manipulacao, impermeavel sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompativel, nao irritante e nao alergico. Bateria interna recarregavel. Alimentacao eletrica bivolt. Registro no Ministerio da Saude, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 22)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 45.000,00** Total Item: 45.000,00

SEEGER E SAVIAN COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES, FITNESS LTDA **13.558.306/0001-00** **1.452,00**

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 013 484,00 **Total: 1.452,00**

Item: 24 Unidade: UNIDADE Marca: MIKATOS/SIMILAR Modelo: MIKATOS/SIMILAR

Descrição: Oftalmoscopio, com ate 5 (cinco) aberturas e iluminacao em LED. (Termo de Referencia n. 25)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PONTE SERRADA-SC**

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 484,00** Total Item: 1.452,00

ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266 40.651.591/0001-81 46.349,85

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 039 3.089,99 **Total: 46.349,85**

Item: 26 Unidade: UNIDADE Marca: CONTEC Modelo: SP750

Descrição: Bomba de Infusao, com equipo universal, alarme, bateria e KVO. Adaptador de energia: entrada A.C. 100V-240V~ 50-60Hz - saida D.C. 15V- 2A. Tensao de entrada para a bomba de infusao: D.C.: 15 V. Potencia: <20VA. Com fonte de energia interna para operacao continua, IPX2. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 28)

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 3.089,99** Total Item: 46.349,85

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.316.524/0001-14 1.939,60

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 012 96,98 **Total: 1.939,60**

Item: 28 Unidade: UNIDADE Marca: CARISMA Modelo: INFRARED ET 05

Descrição: Termometro Digital Clinico Infravermelho, visor com iluminacao, alimentacao com pilhas tipo AAA 1,5V. (Termo de Referencia n. 30)

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 96,98** Total Item: 1.939,60

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA 00.029.372/0002-21 74.900,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 005 74.900,00 **Total: 74.900,00**

Item: 29 Unidade: UNIDADE Marca: GE Modelo: VERSANA ESSENTIAL

Descrição: Ultrassom Diagnostico sem Aplicacao Transesofagica, equipamento transportavel sobre rodizios com no minimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatomico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Continuo. Modo 2D. Console ergonomico com teclas programaveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de reducao de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilidade aumentar em 20% o campo de visao em imagens com transdutor linear. Imagem Harmonica: funcao com aplicacao para todos os transdutores. Imagem Harmonica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisao de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Continuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de calculos especificos. Pacote de calculos simples. Tecla que permite ajustes rapidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisao de tela em no minimo 1,2 e 4 imagens para visualizacao e analise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisao dupla de tela com combinacoes de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de analise automatica em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso as imagens salvas para pos-analise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pos-processamento de medidas. Pos-processamento de imagens. Banco de palavras em Portugues. Monitor LCD ou LED com no minimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no minimo 500 GB. 04 portas USB no minimo. Minimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravavel, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrao Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automatica. Gravacao de imagens em pen drive. Impressao direta. Pelo m

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 74.900,00** Total Item: 74.900,00

OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME 18.917.693/0001-47 3.988,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 096 3.988,00 **Total: 3.988,00**

Item: 30 Unidade: UNIDADE Marca: MANÁ Modelo: BPM 12ST

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PONTE SERRADA-SC**

Descrição: Batedeira Planetaria Industrial Profissional, capacidade minima de 12 litros, voltagem bivolt, com pintura eletrostatica anti-ferrugem, balde em aco inox, com botao de emergencia de seguranc para parada instantanea. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 32)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.988,00** Total Item: 3.988,00

ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA EIRELI **35.820.503/0001-98** **19.997,00**

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 055 19.997,00 **Total: 19.997,00**

Item: 32 Unidade: UNIDADE Marca: Guara Modelo: HEP-21

Descrição: Centrifuga de Roupas, para uso hospitalar, tipo basculante, com capacidade minima de 20kg, cesto em aco inoxidavel, com painel de comando, com trava de seguranc. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 34)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 19.997,00** Total Item: 19.997,00

LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - ME **12.807.382/0001-49** **34.878,00**

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 050 938,00 **Total: 938,00**

Item: 33 Unidade: UNIDADE Marca: LANMAX Modelo: ES-94AL

Descrição: Ferro Eletrico Industrial, com potencia minima de 1100 Watts, com reservatorio externo, com descanso de silicone, voltagem 220V. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 35)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 938,00** Total Item: 938,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 081 33.940,00 **Total: 33.940,00**

Item: 36 Unidade: UNIDADE Marca: MAFRAN LAV Modelo: LHBTCM550

Descrição: Lavadora de Roupas Hospitalar, com estrutura externa em aco inox, com painel de comando, com barreira sanitaria anti-infeccao cruzada de acordo com normas tecnicas da ABNT e ISO, com visor de vidro que possibilita o operador visualizar o ambiente oposto, Inversor de frequencia de serie, com dispositivo de seguranc, com freio de parada, com cesto interno em aco inoxidavel, com capacidade minima de 50 kg, equipamento dentro da NR12 e fabricado dentro das exigencias da ANVISA, Trifasica 220 ou 380 v - 60 Hz. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 38)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 33.940,00** Total Item: 33.940,00

SALVI E LOPES E CIA LTDA. **82.478.140/0001-34** **19.300,00**

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 029 19.300,00 **Total: 19.300,00**

Item: 35 Unidade: UNIDADE Marca: ALT Modelo:

Descrição: Lavadora Ultrassonica, equipamento microprocessado para lavagem de materiais canulados e instrumentais atraves de energia ultrassonica com frequencia aproximada de 40Khz, com sistema de alarme, programacao e memoria, com painel e display. Material de confeccao totalmente em aco inoxidavel, tampa superior, sistema de aquecimento de solucao e sistema de enxague. Com capacidade minima da cuba de 30 litros. Acessorios: 04 conectores tipo universal, 04 conectores tipo rosca, 01 cesto de aco inox e demais acessorios para funcionamento do equipamento. Alimentacao eletrica bivolt. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 37)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 19.300,00** Total Item: 19.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
PONTE SERRADA-SC**

PREGOEIRO: FABIANA SCUSSIATO PEROSA

MEMBRO DE APOIO VIVIAN GIZELE MARCOLAN

MEMBRO DE APOIO PATRICIA GUIMARÃES