

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA - SC  
PONTE SERRADA-SC

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2021  
Processo Administrativo Nº 94/2021  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: FABIANA SCÚSSIATO PEROSA  
Data de Publicação: 07/10/2021 16:46:31

				TOTAL DO PROCESSO: 1.079.610,46
<b>CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</b>			<b>24.399.184/0001-72</b>	<b>3.564,00</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 014	119,00	<b>Total: 2.380,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FARMATEX	Modelo:	
Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu), confeccionado em silicone, com valvula unidirecional, com reservatorio. (Termo de Referencia n. 1)				
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 119,00</b>			Total Item: 2.380,00
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 082	118,40	<b>Total: 1.184,00</b>
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: FARMATEX	Modelo:	
Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Pediatrico (Ambu), confeccionado em silicone, com valvula unidirecional, com reservatorio. (Termo de Referencia n. 2)				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 118,40</b>			Total Item: 1.184,00
<b>MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</b>			<b>02.949.582/0001-82</b>	<b>216.923,50</b>
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 009	149.500,00	<b>Total: 149.500,00</b>
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: WATO	Modelo: EX-30	
Descrição: Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros, equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos morbidos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de gás sodado; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automática				
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 149.500,00</b>			Total Item: 149.500,00
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 034	4.494,90	<b>Total: 67.423,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA - SC**  
**PONTE SERRADA-SC**

Item: 26      Unidade: UNIDADE      Marca: MINDRAY      Modelo: BENEFUSION VP3

Descrição: Bomba de Infusao, com equipo universal, alarme, bateria e KVO. Adaptador de energia: entrada A.C. 100V-240V~ 50-60Hz - saida D.C. 15V- 2A. Tensao de entrada para a bomba de infusao: D.C.: 15 V. Potencia: <20VA. Com fonte de energia interna para operacao continua, IPX2. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 28)

Quantidade: 15      **Valor Unit.: 4.494,90**      Total Item: 67.423,50

**MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP**      **26.499.522/0001-73**      **20.225,00**

**LOTE 4**      Quant.: 1      Num: 076      2.375,00      **Total: 2.375,00**

Item: 4      Unidade: UNIDADE      Marca: HR HOSPITALAR      Modelo: HR 6001 BE

Descrição: Aspirador de Secrecoes Eletrico Movei, fluxo de aspiracao de 15 a 30 lpm, valvula de seguranca, frasco termoplastico ou vidro, bateria recarregavel bivolt. Com registro na ANVISA. (Termo de Referencia n. 4)

Quantidade: 1      **Valor Unit.: 2.375,00**      Total Item: 2.375,00

**LOTE 19**      Quant.: 1      Num: 075      17.850,00      **Total: 17.850,00**

Item: 19      Unidade: UNIDADE      Marca: MEDPEJ      Modelo: FL 2000 ALD 24 E

Descrição: Foco Cirurgico de Solo Movei, tipo LED com no minimo 120.000 LUX-Sistema de emergencia com bateria, com pedestal com rodizios, com braco articulado, com par de manoplas autolavaveis, com ajuste de intensidade luminosa. Alimentacao 220Volts; Treinamento de uso sem onus para a instituicao. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 19)

Quantidade: 1      **Valor Unit.: 17.850,00**      Total Item: 17.850,00

**JARAGUÁ MERCANTIL LTDA-EPP**      **13.390.706/0001-59**      **199.940,00**

**LOTE 5**      Quant.: 1      Num: 029      199.940,00      **Total: 199.940,00**

Item: 5      Unidade: UNIDADE      Marca: MIRAX      Modelo: MV 250

Descrição: Autoclave Hospitalar Horizontal, equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no minimo 250 L. Devera funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programavel com no minimo 9 programas, com display touch screen, manometro e manovacuo metro destinados a indicar a pressao existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botao de emergencia. Câmaras externa e interna confeccionadas em aco inox AISI 316-L com isolacao termica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validacao, permitindo a introducao de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitaria e sistema de emergencia. Fechamento das portas realizado por meio de elevacao vertical / guilhotina com sistema de seguranca antiesmagamento. Sistema hidraulico: tubulacoes e conexoes do conjunto hidraulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexoes da câmara de esterilizacao e gerador de vapor devem ser em aco inoxidavel ou outro material compativel. Possuir bomba de vacuo e bomba centrifuga de agua com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de seguranca que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos alem de alarmes audiovisuais. O ruido nao podera exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Devera acompanhar o equipamento, no minimo: 2 carros externos para acomodacao dos materiais, 1 carro interno para acomodacao dos materiais, 1 sistema de purificador de agua por osmose (compativel com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 5)

Quantidade: 1      **Valor Unit.: 199.940,00**      Total Item: 199.940,00

**M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**      **31.499.939/0001-76**      **5.690,00**

**LOTE 6**      Quant.: 1      Num: 024      940,00      **Total: 4.700,00**

Item: 6      Unidade: UNIDADE      Marca: LIDER      Modelo: P150C

Descrição: Balanca Antropometrica Adulto, modo de operacao mecânica ou digital, capacidade ate 150kg, regua antropometrica ate 2 metros. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 6)

Quantidade: 5      **Valor Unit.: 940,00**      Total Item: 4.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA - SC  
PONTE SERRADA-SC**

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 069	990,00	<b>Total: 990,00</b>
---------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: LIDER	Modelo: P300C
---------	------------------	--------------	---------------

Descrição: Balanca Antropometrica para obeso, modo de operacao digital, capacidade ate 300kg, regua antropometrica ate 2 metros. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 8)

Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 990,00</b>	Total Item: 990,00
---------------	----------------------------	--------------------

<b>PESENTI &amp; PELAIS LTDA EPP</b>	<b>02.776.642/0001-02</b>	<b>30.450,00</b>
--------------------------------------	---------------------------	------------------

<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 085	650,00	<b>Total: 1.950,00</b>
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: balmak	Modelo: elp25bb
---------	------------------	---------------	-----------------

Descrição: Balanca Antropometrica Infantil, modo de operacao digital, com tara, capacidade minima ate 16kg, dimensao minima da concha 540X290mm. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 7)

Quantidade: 3	<b>Valor Unit.: 650,00</b>	Total Item: 1.950,00
---------------	----------------------------	----------------------

<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 018	8.700,00	<b>Total: 8.700,00</b>
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: general meditech	Modelo: g6a
----------	------------------	-------------------------	-------------

Descrição: Cardiotocografo, portatil, com impressora, gestacao multipla com suporte; 100 unidades de papeis para impressao; Alimentacao 220Volts; Treinamento de uso sem onus para a instituicao. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 11)

Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 8.700,00</b>	Total Item: 8.700,00
---------------	------------------------------	----------------------

<b>LOTE 35</b>	Quant.: 1	Num: 060	19.800,00	<b>Total: 19.800,00</b>
----------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASMEDICAL	Modelo: BR 30
----------	------------------	--------------------	---------------

Descrição: Lavadora Ultrassonica, equipamento microprocessado para lavagem de materiais canulados e instrumentais atraves de energia ultrassonica com frequencia aproximada de 40Khz, com sistema de alarme, programacao e memoria, com painel e display. Material de confeccao totalmente em aco inoxidavel, tampa superior, sistema de aquecimento de solucao e sistema de enxague. Com capacidade minima da cuba de 30 litros. Acessorios: 04 conectores tipo universal, 04 conectores tipo rosca, 01 cesto de aco inox e demais acessorios para funcionamento do equipamento. Alimentacao eletrica bivolt. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 37)

Quantidade: 1	<b>Valor Unit.: 19.800,00</b>	Total Item: 19.800,00
---------------	-------------------------------	-----------------------

<b>WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.</b>	<b>54.611.678/0001-30</b>	<b>48.000,00</b>
---	---------------------------	------------------

<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 053	16.000,00	<b>Total: 48.000,00</b>
---------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: WEM	Modelo: SS-501LX
---------	------------------	------------	------------------

Descrição: Bisturi Eletrico, Gerador com potencia de 300W, microcontrolado por microprocessadores, capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados atraves dos paineis com membranas a prova d'agua com leitura digital de potencia. Modos de operacao no minimo: Bipolar, Monopolar. Especificacao minima do gerador: Corte puro (300W), Blend (130W), Coagulacao (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compativel com sistema de gas argonio. Acessorios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar. Alimentacao eletrica bivolt. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 9)

Quantidade: 3	<b>Valor Unit.: 16.000,00</b>	Total Item: 48.000,00
---------------	-------------------------------	-----------------------

<b>BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI</b>	<b>03.679.808/0001-35</b>	<b>78.000,00</b>
--	---------------------------	------------------

<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 063	19.500,00	<b>Total: 78.000,00</b>
----------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: cmosdrake cardioversor	Modelo: cardioversor
----------	------------------	-------------------------------	----------------------

Descrição: Cardioversor, com comando nas pas de carga e disparo, com memoria de ECG, com modulo DEA, com pas internas, com impressora e bateria, Alimentacao 220Volts, treinamento de uso sem onus para a instituicao. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 10)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA - SC  
PONTE SERRADA-SC**

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 19.500,00** Total Item: 78.000,00

**MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI-ME** **20.371.330/0001-09** **721,86**

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 058 360,93 **Total: 721,86**

Item: 12 Unidade: UNIDADE Marca: CONTEC Modelo: SONOSOUND

Descrição: Detector Fetal, portatil, com display, digital. Deve possuir bateria recarregavel; carregador para as baterias. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 12)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 360,93** Total Item: 721,86

**SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELLI** **38.285.172/0001-21** **8.937,00**

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 001 4.100,00 **Total: 8.200,00**

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: COMEN Modelo: CM 300

Descrição: Eletrocardiografo, com 12 canais, operacionalizacao direta no console, com comunicacao direta com o computador, com impressao direta no equipamento em formato A4. Deve possuir 2 cabos para de eletro; Alimentacao 220Volts; Treinamento de uso sem onus para a instituicao. Com registro na ANVISA. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 13)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.100,00** Total Item: 8.200,00

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 026 368,50 **Total: 737,00**

Item: 23 Unidade: UNIDADE Marca: CM Modelo: 02 CORPOS

Descrição: Negatoscopio, tipo 2 (dois) corpos. (Termo de Referencia n. 24)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 368,50** Total Item: 737,00

**M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** **32.593.430/0001-50** **3.523,50**

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 060 62,90 **Total: 1.572,50**

Item: 15 Unidade: UNIDADE Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: Esfigmomanometro Adulto, analogico, confeccao da bracadeira em nylon. (Termo de Referencia n. 15)

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 62,90** Total Item: 1.572,50

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 018 60,40 **Total: 604,00**

Item: 16 Unidade: UNIDADE Marca: PREMIUM Modelo: INFANTIL

Descrição: Esfigmomanometro Infantil, analogico, confeccao da bracadeira em nylon. (Termo de Referencia n. 16)

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 60,40** Total Item: 604,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 076 44,90 **Total: 1.347,00**

Item: 17 Unidade: UNIDADE Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: Estetoscopio Adulto, tipo duplo com material de confeccao do auscultador em aco inoxidavel. (Termo de Referencia n. 17)

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 44,90** Total Item: 1.347,00

**KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA** **79.805.263/0001-28** **171.200,00**

**LOTE 18** Quant.: 1 Num: 026 41.900,00 **Total: 125.700,00**

Item: 18 Unidade: UNIDADE Marca: KSS Modelo: SKYLED TETO 160/160

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA - SC**  
**PONTE SERRADA-SC**

Descrição: Foco Cirurgico de Teto, com duas cupulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cupula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cupulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirurgica) com o foco perpendicular a mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cupulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cupula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cupula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cupula deverá ser igual ou maior do que 160.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cupula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cupula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cupula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cupulas; As cupulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirurgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Alimentação 220Volts; Treinamento de uso e instalação sem onus para a instituição. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de Referência n. 18)

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 41.900,00** Total Item: 125.700,00

<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 066	45.500,00	<b>Total: 45.500,00</b>
----------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: KSS	Modelo: VISION T4
----------	------------------	------------	-------------------

Descrição: Mesa Cirurgica Eletrica, para procedimentos cirurgicos. Características técnicas mínimas: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anticorrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle. Coluna fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anticorrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anticorrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas. Leito articulável, rádio transparente, dividido no mínimo em 05 seções (cabeca, dorso, assento, renal e perneira retráteis). Regua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição zero. Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01 par de portacoixa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica bivolt. Registro no Ministério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de Referência n. 22)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 45.500,00** Total Item: 45.500,00

<b>URSA COMERCIAL LTDA</b>	<b>26.628.908/0001-38</b>	<b>11.313,00</b>
----------------------------	---------------------------	------------------

<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 069	6.715,00	<b>Total: 6.715,00</b>
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: OLIDEF	Modelo: PHOTO
----------	------------------	---------------	---------------

Descrição: Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia), iluminação em LED, com painel de controle microprocessado, com ajuste de irradiância. Alimentação 220Volts; Treinamento de uso sem onus para a instituição. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de Referência n. 20)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 6.715,00** Total Item: 6.715,00

<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 099	274,00	<b>Total: 822,00</b>
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA - SC  
PONTE SERRADA-SC**

Item: 25      Unidade: UNIDADE      Marca: MIKATOS      Modelo: TK  
 Descrição: Otoscópio Simples, iluminação fibra óptica / LED, com 5 a 10 espelhos reutilizáveis. (Termo de Referência n. 26)  
 Quantidade: 3      **Valor Unit.: 274,00**      Total Item: 822,00

**LOTE 27**      Quant.: 1      Num: 008      1.888,00      **Total: 3.776,00**

Item: 27      Unidade: UNIDADE      Marca: OSCILAN      Modelo: J02  
 Descrição: Serra Elétrica para Gesso Hospitalar, com potência mínima de 180 Watts, voltagem 220v, com no mínimo: Serra para gesso;- Disco de Serra com Ø de 50,8mm ou 2 pol.;- Disco de Serra com Ø de 63,8mm ou 2½ pol.;- Chave combinada para troca dos discos. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de Referência n. 29)  
 Quantidade: 2      **Valor Unit.: 1.888,00**      Total Item: 3.776,00

**W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA**      **05.968.162/0001-31**      **38.000,00**

**LOTE 21**      Quant.: 1      Num: 017      38.000,00      **Total: 38.000,00**

Item: 21      Unidade: UNIDADE      Marca: Olidef      Modelo: RWT plus  
 Descrição: Incubadora de Transporte Neonatal, equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autolaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável a ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários  
 Quantidade: 1      **Valor Unit.: 38.000,00**      Total Item: 38.000,00

**COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.**      **95.433.397/0001-11**      **1.665,00**

**LOTE 24**      Quant.: 1      Num: 012      555,00      **Total: 1.665,00**

Item: 24      Unidade: UNIDADE      Marca: MD      Modelo: OMNI 3000 LED  
 Descrição: Oftalmoscópio, com até 5 (cinco) aberturas e iluminação em LED. (Termo de Referência n. 25)  
 Quantidade: 3      **Valor Unit.: 555,00**      Total Item: 1.665,00

**DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**      **19.316.524/0001-14**      **1.939,60**

**LOTE 28**      Quant.: 1      Num: 012      96,98      **Total: 1.939,60**

Item: 28      Unidade: UNIDADE      Marca: CARISMA      Modelo: INFRARED ET 05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA - SC**  
**PONTE SERRADA-SC**

Descrição: Termometro Digital Clinico Infravermelho, visor com iluminacao, alimentacao com pilhas tipo AAA 1,5V. (Termo de Referencia n. 30)

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 96,98** Total Item: 1.939,60

**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS** **00.029.372/0002-21** **74.900,00**  
**PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA**

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 005 74.900,00 **Total: 74.900,00**

Item: 29 Unidade: UNIDADE Marca: GE Modelo: VERSANA ESSENTIAL

Descrição: Ultrassom Diagnostico sem Aplicacao Transesofagica, equipamento transportavel sobre rodizios com no minimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatomico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Continuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programaveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de reducao de ruido e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visao em imagens com transdutor linear. Imagem Harmonica: funcao com aplicacao para todos os transdutores. Imagem Harmonica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisao de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Continuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de calculos especificos. Pacote de calculos simples. Tecla que permite ajustes rapidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisao de tela em no minimo 1,2 e 4 imagens para visualizacao e analise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisao dupla de tela com combinacoes de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de analise automatica em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso as imagens salvas para pos-analise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pos-processamento de medidas. Pos-processamento de imagens. Banco de palavras em Portugues. Monitor LCD ou LED com no minimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no minimo 500 GB. 04 portas USB no minimo. Minimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravavel, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrao Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automatica. Gravacao de imagens em pen drive. Impressao direta. Pelo m

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 74.900,00** Total Item: 74.900,00

**LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - ME** **12.807.382/0001-49** **56.818,00**

**LOTE 32** Quant.: 1 Num: 090 21.940,00 **Total: 21.940,00**

Item: 32 Unidade: UNIDADE Marca: MAFRAN LAV Modelo: CBTCM200

Descrição: Centrifuga de Roupas, para uso hospitalar, tipo basculante, com capacidade minima de 20kg, cesto em aco inoxidavel, com painel de comando, com trava de seguranga. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 34)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 21.940,00** Total Item: 21.940,00

**LOTE 33** Quant.: 1 Num: 050 938,00 **Total: 938,00**

Item: 33 Unidade: UNIDADE Marca: LANMAX Modelo: ES-94AL

Descrição: Ferro Eletrico Industrial, com potencia minima de 1100 Watts, com reservatorio externo, com descanso de silicone, voltagem 220V. Garantia minima de 12 meses. (Termo de Referencia n. 35)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 938,00** Total Item: 938,00

**LOTE 36** Quant.: 1 Num: 081 33.940,00 **Total: 33.940,00**

Item: 36 Unidade: UNIDADE Marca: MAFRAN LAV Modelo: LHBTCM550

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA - SC**  
**PONTE SERRADA-SC**

Descrição: Lavadora de Roupas Hospitalar, com estrutura externa em aço inox, com painel de comando, com barreira sanitária anti-infecção cruzada de acordo com normas técnicas da ABNT e ISO, com visor de vidro que possibilita o operador visualizar o ambiente oposto, Inversor de frequência de série, com dispositivo de segurança, com freio de parada, com cesto interno em aço inoxidável, com capacidade mínima de 50 kg, equipamento dentro da NR12 e fabricado dentro das exigências da ANVISA, Trifásica 220 ou 380 v - 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de Referência n. 38)

Quantidade: 1                      **Valor Unit.: 33.940,00**                      Total Item: 33.940,00

---

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**                      **04.187.384/0001-54**                      **107.800,00**

---

**LOTE 40**                      Quant.: 1                      Num: 069                      53.900,00                      **Total: 107.800,00**

---

Item: 40                      Unidade: UN                      Marca: LEISTUNG                      Modelo: LUFT5

Descrição: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte a volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada

Quantidade: 2                      **Valor Unit.: 53.900,00**                      Total Item: 107.800,00

---

---

**AUTORIDADE: ALCEU ALBERTO WRUBEL**

---

**PREGOEIRO: FABIANA SCUSSIATO PEROSA**

---

**MEMBRO DE APOIO VIVIAN GIZELE MARCOLAN**

---

**MEMBRO DE APOIO PATRICIA GUIMARÃES**