

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ILMO (A) SR (A). PREGOEIRO (A),

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023

Data da abertura da sessão: 20/02/2023 ÀS 8h30min.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., sociedade empresária, com sede estabelecida na Av Morumbi, 8234 - 3.andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04703-901, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 00.331.788/0001-19, e com filial estabelecida na Rua José Rodrigues Pinheiro, 3033 - Cidade Industrial de Curitiba/PR – CEP: 81.170-200, inscrita sob C.N.P.J. n.º 00.331.788/0033-04, doravante denominada **LICITANTE**, vem, mui respeitosamente perante V.Sa., apresentar o presente **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** ao edital convocatório, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

A presente licitação tem por objeto a **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Conforme determinam as normas que regulam os processos de contratação, as disposições do instrumento convocatório devem ser claras, objetivas, livres de disparidades e obscuridades, a fim de evitar propostas heterogêneas.

Todavia, algumas disposições do instrumento convocatório do processo em referência mostram-se obscuras e omissas, motivo pelo qual a AIR LIQUIDE apresenta o presente pedido de esclarecimentos.

I. ESCLARECIMENTOS

a) QUANTO AO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

Dispõe o edital em seu item 16. DA FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

16. DA FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

O Contratante obriga-se a:

- a) Os itens deverão ser entregues em local a ser definido pela Secretaria de Saúde no prazo máximo de 3 (três) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento;
- b) Os quantitativos descritos para cada item poderão sofrer acréscimos ou supressões a critério da Secretaria Municipal de Saúde, observada a limitação legal.

Considerando que o objeto do item 5 - concentrador de oxigênio deve ser usado apenas em ambiente domiciliar, com uso restrito a um paciente por concentrador.

Considerando que se deve evitar a contaminação cruzada do equipamento e um atendimento seguro do paciente.

Assim questiona-se:

- **Acerca do local de entrega do item 5, essa Administração vislumbra a possibilidade de retificar o edital para apontar que a entrega do objeto será no domicílio do paciente dentro do Município de Ponte Serrada?**

b) **DA RESTRIÇÃO E FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO EM FACE DO DESCRITIVO TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS LICITADOS.**

Apesar de claramente previsto na legislação pátria a necessidade da objetividade do edital, o presente certame contém vícios que o tornam nulo para o fim que se destina.

O presente edital em seu ANEXO I, Termo de Referência ITEM 05 dispõe sobre os itens e especificações dos objetos da presente licitação, o qual a Administração Pública deseja adquirir.

Observamos que há exigências técnicas que restringem a competitividade, frustrando desta forma, o Princípio da Competitividade e da Economicidade, portanto, solicitamos ao nobre pregoeiro que realize as devidas retificações ampliando a descrição técnica e consequentemente ampliando a gama de licitantes neste processo licitatório, **visto que o edital está direcionado para apenas um modelo do mercado.** Senão vejamos:

5	12,000	UND	Concentrador de Oxigênio com as seguintes especificações: - Concentração de O2 que contemple 90 a 95% - Alimentação: 220V - Capacidade: 0,5 a 5 litros/min; - Ruídos máximos permitidos: aproximadamente 60 decibéis; - Consumo de energia até 600 watts; - Peso de até 20 Kg; - Alarme indicador de baixo nível de oxigênio <82%; Possui filtro de entrada de ar. Acompanha cilindro de backup de 4m³ a 10 m³ + regulador de pressão + descartáveis (copo umidificador + cânula/máscara nasal ou máscara de tqt e extensão de 7 metros). - Concentrador de Oxigênio com as seguintes especificações: - Concentração de O2 que contemple 90 a 95% - Alimentação: 220V - Capacidade: 0,5 a 5 litros/min; - Ruídos máximos permitidos: aproximadamente 60 decibéis; - Consumo de energia até 600 watts; - Peso de até 20 Kg; - Alarme indicador de baixo nível de oxigênio <82%; Possui filtro de entrada de ar. Acompanha cilindro de backup de 4m³ a 10 m³ + regulador de pressão + descartáveis (copo umidificador + cânula/máscara nasal ou máscara de tqt e extensão de 7 metros).
---	--------	-----	---

b.1) DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO - DE 90% a 95%

Da análise das especificações exigidas para o aparelho Locação de Concentrador, no seu item 05, há ainda a exigência de concentração de oxigênio com pureza de 90% a 95%.

Considerando que existe equipamento no mercado que consiga atingir pureza de 90% a 96% de oxigênio;

Considerando a existência de outros modelos no mercado que atendem ao objeto do certame, solicitamos a alteração das especificações que limitam e restringem a participação de um único modelo no mercado, sendo mais adequado apontar para equipamento com especificações mais amplas, atendendo o objeto do ato convocatório para que todas as empresas fabricantes de outros modelos e marcas de equipamentos possam participar do certame.

Nesse sentido, questiona-se:

- **Qual a justificativa técnica para que a pureza do objeto do item 05 seja de 90% a 95%?**

Assim sendo, vem a ora Impugnante requerer a retificação do edital a fim de que a exigência da concentração de oxigênio com pureza de 90% a 95% seja modificada para “Concentração de oxigênio (pureza) de 90 a 96%.”

Neste sentido e, priorizando o princípio da Competitividade, a IMPUGNANTE requer a alteração das especificações exigidas para o equipamento conforme apontado acima.

II. DO PEDIDO.

Por fim, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial mister para o correto desenvolvimento do certame, aguardamos um pronunciamento por parte de V.S.as, com a brevidade que o assunto exige.

Termos em que pede recebimento, análise e elucidação das dúvidas.

São Paulo/SP, 14 de fevereiro de 2023.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Elisângela de Carvalho
Especialista em Licitações