

TORRE DE VÍDEO PARA VIDEOCIRURGIA, contendo os seguintes equipamentos com as seguintes especificações mínimas: Sistema de processadora de vídeo e cabeça de câmera com tecnologia de 3 sensores CMOS com resolução de 1920x1080 pixels (Full HD), com interface óptica de zoom objetivo integrado parfocal com comprimento focal de F= 14mm, 30mm (2.0X). Apresentando as seguintes portas de saída HD-SDI (2X), S Vídeo (1X), DVI (2X). Apresenta capacidade de gravação de dados em formato full HD em memória portátil USB de até 2TB. Cabeça de câmera laparoscópios rígido, autoclavável a 134°C com direção de visão. Cabeça de câmera apresenta certificação contra umidade IPX7, protegendo contra respingos e submersão acidental e classificação de risco elétrico Classe I, tipo BF. O sistema de cabeça de câmera possui botões dedicados para as funções, balanço de branco, captura de tela e gravação de vídeo, adaptador de endoscópio, ajuste de zoom e foco da imagem. Fonte de luz com tecnologia LED de alto brilho, com temperatura de cor entre 3000 e 7000K e intensidade maior que= 200.000 Lux (centro máx.). Sistema apresenta classificação de risco elétrico Classe I, tipo CF, acompanha 01 cabo de fibra ótica de 3 metros e compatível com cabos de fibra ótica de outras marcas. Mínimo 01 monitores de grau médico da mesma marca do equipamento com tecnologia de painel de LED com no mínimo 27 polegadas e resolução de 1920x1080 pixels com proporção de contraste de 1400:1. Monitor apresenta brilho de luz de fundo de 800cd/m². Sistema com os seguintes sinais de entrada Y/Pb/Pr, R/G/B, CVBS, S-Video, DVI, SDI, VGA. Sinais de saída SDI e DVI. Possui ângulo máximo de visão de 178 graus e capacidade de loop out e PIP (picture in Picture). Sistema de fixação padrão VESA, em língua portuguesa. Sistema insuflador de CO₂ com fluxo máximo de 50L/min. Sistema de aquecimento do gás através de tubo de aquecimento do insuflador (autoclavável) pode manter o gás de saída em cerca de 37º Celsius e sistema de evacuação de fumaça com compensação de fluxo. Possui intervalo ajustável de fluxo entre 0,1L/min a 50L/min e intervalo de pressão entre 1mmHg a 30mmHg. Apresenta modos de operação bariátrico, adulto, pediátrico, retroperitônio e personalizado. Possui tela sensível ao toque de no mínimo 7 polegadas, e idioma em português. 01 Carrinho, altamente robusto e fácil de mover com 4 prateleiras e com 1 gaveta deve possuir 2 alças com 1 suporte para cabeça de câmera, 4 rodas sendo 2 com freios, deve atuar com 2 monitores com braço adicional Interface de montagem VESA. Acompanha 01 mangueira de CO₂ em aço inox com adaptadores para Cilindro e Parede. 05 Cabos de força com aterramento, sendo 01 para cada equipamento e 01 Nobreak ES 3,2KVA, com registro na ANVISA.

VALOR TOTAL: R\$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais)

Rio de Janeiro, sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Ponte Serrada

CNPJ: 82.777.236/0001-01

Representante

Instrumental Sul

(51) 98506-1513

vendas@instrumentalsul.com.br



PROPOSTA COMERCIAL DE ESTIMATIVA PARA VIDEOCIRURGIA PB0197-23

A nossa proposta de valor equilibra as entregas para as nossas três principais personas: Médico, Comprador e Engenharia Clínica ou Chefe de Enfermagem. Entregamos equipamentos que trazem qualidade e confiança, com propostas personalizadas para a necessidade de cada hospital e com um pós-venda incomparável, levando a continuidade cirúrgica.

CONFIANCE: A MARCA QUE TRAZ CONFIANÇA

+9.400
produtos instalados
em todo o Brasil

+1.100
clientes com
tecnologia Confiance

+310 KM
de cicatrizes de
cirurgia aberta evitadas

81 PONTOS
é o nosso score
acumulado no NPS

+20 ANOS
de história no mercado
da saúde brasileira

+15
prêmios e
certificados nacionais

+ de **2.000.000** de vidas impactadas

PRODUTOS

Quantidade 1

MNT0014 - 001

MONITOR LED GRAU MÉDICO 27" FULL HD



Monitor de 27 polegadas FULL HD apresenta um fácil manuseio para os usuários. Com entradas digitais e analógicas compatíveis com a maioria dos sistemas de imagem existentes no mercado. Função de Reset de fábrica do monitor na microcâmera, desenvolvido pensando na maioria dos chamados técnicos de configurações de imagem. REGISTRO ANVISA: 80337650007

Quantidade 1

CAM0003 - 012 / INO0006

MICROCÂMERA DIGITAL 3 CHIPS COM SINAL DVI + ANALÓGICO + GRAVAÇÃO FHD + SDI



Microcâmera de 03 chips FULL HD (CAM0003-012) com Endocoupler com Zoom Para focal. Regulável de 13mm-32mm (INO0006). Possui entrada USB para gravação digital em pen drive ou HD Externo, permitindo que os procedimentos cirúrgicos possam ser utilizados em estudo de casos médicos e garantia jurídica junto aos pacientes. Função de reset com capacidade de redefinir as configurações de fábrica, desenvolvido pensando na maioria dos chamados técnicos de configurações de imagem. Pré-configurações para diversas especialidades médicas, garantindo a utilização do produto em todos os tipos de procedimentos cirúrgicos e com possibilidade do filtro para endoscópios flexíveis. Cabeça ergonômica com controle de todos os equipamentos da marca Confiance Medical pela através da cabeça da câmera, concedendo autonomia para a equipe cirúrgica durante o procedimento. REGISTRO ANVISA: 80337650005

Quantidade 1

INS0002 - 004

INSUFLADOR ELETRÔNICO DE CO2 40L - LAPAROSCOPIA



Insuflador de CO2 com capacidade de insuflação de 40 litros por minuto com alta precisão, de fácil manuseio e com reposição veloz de CO2 em caso de perda do pneumoperitônio, permitindo que a equipe cirúrgica mantenha o foco na imagem durante o procedimento. Possui 4 modos de operação: Automático, Manual, Pediátrico e Bariátrico. Equipamento preparado para procedimentos delicados, diminuindo o custo de aquisição e maior disponibilidade para as equipes médicas. Com possibilidade de aquecimento de gás de CO2, auxiliando na cirurgia limpa e sem embaçamento. REGISTRO ANVISA: 80337650003

Acompanha:

- 01 (um) Acessório para aquecimento de CO2 autoclavável especial que evita embaçamento da ótica, reduzindo tempo cirúrgico e propiciando benefícios fisiológicos ao paciente. REGISTRO ANVISA: 80337650003;
- 01 (uma) Mangueira de Alta Pressão de 1,5m para conexão do Insuflador no cilindro de CO2. REGISTRO ANVISA: 80337650003;
- 01 (uma) Mangueira de Alta Pressão Rede Hospitalar 8 metros para conexão do Insuflador no cilindro de CO2. REGISTRO ANVISA: 80337650003;
- 01 (uma) Mangueira de Silicone para Pneumo-Peritônio de 2,5m + Y + 2x 40cm para CM-40L . REGISTRO ANVISA: 80337650003
- 01 (um) Sistema de evacuação de fumaça responsável por realizar a filtragem da fumaça da cavidade intra-abdominal para uma eliminação segura, removendo com filtros bacteriológicos/virais, possível presença de vírus e demais micro organismos, evitando assim que tais elementos entrem em contato com outras pessoas e equipamentos presentes no centro cirúrgico. Pode ser acionado manualmente, através do pedal, ou automaticamente quando o Bisturi elétrico for acionado. MARCA: CONFIANCE MEDICAL. REGISTRO ANVISA: 80337650009;
- 05 (cinco) Equipos com filtro para Sistema de evacuação de fumaça.

Quantidade 1

FNT0001 - 001

FONTE DE LUZ LED



Fonte de luz Led com 50 mil horas de vida útil, com maior durabilidade sem perda de luminosidade. Baixo custo de manutenção corretiva. Horímetro digital no painel frontal, com indicação de horas digital com indicação do fim de vida útil do LED. Compatibilidade com diversos fabricantes de cabos de fibra. REGISTRO ANVISA: 80337650008

Quantidade 1

CAR0009

ARMÁRIO GRANDE FECHADO PARA LAPAROSCOPIA



Rack (armário) fechado com base antioxidante e pintura eletrostática que permite o correto armazenamento e movimentação de todos os equipamentos de videocirurgia e cilindro de CO2. Com porta frontal e traseira com chaves. Possui quatro rodízios giratórios linha hospitalar 100 mm, sendo dois com freio. VLFA-65. REGISTRO ANVISA: Não regulado.

Acompanha:

- 01 (uma) Gaveta;
- 01 (um) Braço articulado para suporte do monitor;
- 01 (um) Suporte para cabeça de câmera.

Quantidade 1

SMS0011

NOBREAK POWER SINUS - SMS



Nobreak 3,2KVA , Entrada bivolt 110/220VAC, Saída 110VAC. Modelo uPS3200Bi - Marca SMS, REGISTRO ANVISA: Não se aplica.

INVESTIMENTO: R\$ 298.000,00
(Duzentos e noventa e oito mil reais)

FORMA DE PAGAMENTO

Depósito Bco BRADESCO - AG. 6746 C/C: 316026-2 - 30 dias após faturamento

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

Nota 01: Qualquer parte/peça de reposição adquirida de terceiros e instalada por terceiros durante o período de garantia do equipamento, cancela e anula a referida garantia por completo

OBS: Estão excluídos desta garantia defeitos ou danos provocados por fatores externos, tais como: variações de energia elétrica, temperatura, umidade ou outra não conformidade de acordo com as recomendações fornecidas no manual do usuário. Estão também excluídos os danos provocados por casos fortuitos ou de força maior, bem como os provocados pelo acesso ou manuseio de terceiros não autorizados pela Confiance Medical. Problemas causados por uso indevido, manipulação inadequada ou violação do equipamento, não serão cobertos pela garantia.

O melhor pós-venda do mercado

Validade da Proposta: 90 dias

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias após ordem de fornecimento e/ou assinatura de contrato

Tipo de Frete: Por conta da Confiance (CIF)

Assistência Técnica: Direto com a fábrica RJ e SP.

Instalação, Treinamento e Acompanhamento: Agendamento por conta do Cliente.

NOSSOS DIFERENCIAIS



REDUÇÃO DE INTERCORRÊNCIAS
Restauração de configurações de fábrica em um clique



GARANTIA
24 meses para equipamentos, a maior do mercado



LOGÍSTICA
Sem custo de frete para manutenções em até 6 meses



LOJA VIRTUAL
Compra direta de acessórios através do site Confiance

ACEITE PROPOSTA COMERCIAL DE ESTIMATIVA PARA VIDEOCIRURGIA PB0197-23

NOME: _____

SETOR: _____

RG ou CPF: _____ DATA: ____/____/____

ASSINATURA: _____

SUA EXPERIÊNCIA DIGITAL E EXCLUSIVA

CM EXPERIENCE
E-books, manuais, tutoriais, vídeos, guias de usabilidade e muito mais.



APONTE O CELULAR

Formulário aprovado por: Thaís Brasil
Garantia da Qualidade - 15/05/2023

FORM-VEN-0038-11

ANA CRISTINA ABREU
CORREA:00504260790
790

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA ABREU CORREA:00504260790
Dados: 2023.11.24 12:11:20 -03'00'

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.
CNPJ: 05.209.279/0001-31
Nome: Ana Cristina Abreu Correa
Endereço: Rua Barão de Itapagipe, nº 302, casa 10/201 - Tijuca RJ/RJ CEP: 20261-105
Estado Civil: Casada
Identidade: 08.213-983-5 DIC/RJ - CPF: 005.042.607-90
Cargo do Declarante: Coordenadora de Licitação
Profissão: Administradora Tel.: (21) 3293-1650

05.209.279/0001-31
CONFIANCE MEDICAL
PRODUTOS MEDICOS S.A.
Av. Paulo de Frontim, 161
ESTÁCIO CEP 20250-010
RIO DE JANEIRO - RJ



Curitiba, segunda-feira, 27 de Novembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA

A/C:

E-mail:

OP: 111994



11997 - (F04DB-PA00025) PROCESSADORA DE IMAGEM C/ CABEÇA DE CAMERA HD3 ENDOSCOPIO LIGHT

Câmera full HD mod. HD3 - Marca Mindray

Tecnologia parfocal de cabeça de câmera CMOS Full HD de três chips

- Sensores de três chips realizam zoom e foco simultaneamente.
- A relação de ampliação óptica de duas vezes permite que os médicos visualizar mais detalhes durante o procedimento.

- F = 14mm - 30mm

- A distância focal permite o uso em várias especialidades

- Zoom normal 2.0X

Função de gravação integrada

- Gravação de imagem/vídeo em memória USB portátil (1080p)

- Flashdisk USB de até 256 GB (2.400.000 fotos ou 40 horas de vídeo)

- Um toque para captura de tela e gravação de vídeo

Quantidade:

1



11996 - (F23CB-PA00028) FONTE DE LUZ HB200L

HB200L - Marca Mindray

Iluminação através de LED com equivalência igual a 300W de fonte de luz Xenon Temperatura de cor 6500K

Vida útil da lâmpada > 40.000 horas

Deteção automática do cabo de fibra ótica, e compatível com cabos de outras marcas.

Quantidade: 1



11999 - (021-000389-00) MONITOR MEDICO FULLHD P/HD3

Monitor Cirurgico Full HD Marca Mindray

Monitor para video cirurgia, de grau médico, com alta resolução que garante maior fidelidade na reprodução das cores e contornos adquiridos pela HD3.

Essa qualidade proporciona ao cirurgião uma segurança maior, além de agilidade na tomada de decisão durante o procedimento.

Quantidade: 1



12057 - (F32DB-PA00022) HS-50F INSUFLADOR

Insuflador HS50 para laparoscopia - Marca Mindray

Taxa de fluxo máxima 50L/min

Tela sensível ao toque de 7"

5 modos selecionáveis (adulto, pediátrico, bariátrico, cavidade abdominal posterior, personalização do usuário) Detectar automaticamente o modo de agulha de veress

Mensagem de alarme audível e visível

Função de evacuação de fumaça

Função de aquecimento

Quantidade: 1



12071 - (120-022167-00) OTICA RIGIDA DE 30 10MM - M SERIES

(120-022167-00) OTICA RIGIDA DE 30° F10MM - M SERIES - [Marca Mindray](#)

Quantidade: 1



**12587 - (TR900-12-MR) TROLLEY PARA VIDEO CIRURGIA (27 E 31POL)
COM BRACO E CILINDRO C02**

Quantidade: 1



**12073 - (115-071632-00) CABO DE FIBRA OTICA DE 4.8MM DE
DIAMETRO POR 3M**

(115-071632-00) CABO DE FIBRA OTICA DE 4.8MM DE DIAMETRO POR 3M - [Marca Mindray](#)

Quantidade: 1



**9015 - (RWR00.0662) CHICOTE DE ACO INOX DE 1,0 MT C/ ROSCA DE
7/16**

Quantidade: 1



7268 - (RWR301012) CONJUNTO HASTE FLEXIVEL

Quantidade: 1

Condições gerais da proposta

Valor total da proposta: **R\$ 299.870,01**

Condição de pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: 30 dias estimado

Validade da proposta: 5 dias úteis

Garantia: 1 ano para equipamentos e 3 meses para acessórios (Somente para problemas de fabricação)

Assistência técnica: Permanente pela Medicalway

Frete: CIF

Observações

Em caso de aprovação deste orçamento, favor enviar o mesmo por e-mail, preenchido e assinado.

Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA

CNPJ: 11.696.615/0001-10

Endereço: RUA MADRE MARIA THEODORA, 264 - CENTRO - PONTE SERRADA-SC - CEP: 89683-000

Aprovado por:

Data:

Assinatura:

"A parte compradora/receptora da proposta está ciente de que os preços dos produtos e os prazos de entrega destes poderão ser alterados em decorrência de motivos e força maior, o que será comunicado imediatamente ao comprador/interessado para tratativa de renegociação."

"Todas as informações contidas neste documento estão protegidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, vale lembrar que após a entrega do produto e/ou prestação do serviço entraremos em contato por meio do contato de e-mail e telefone fornecidos no momento do cadastro para realizar uma Pesquisa de Satisfação. A participação na pesquisa não é obrigatória!"

Atenciosamente.
Richard Jorge Nasilowski Júnior.

MW SC
CNPJ: 40.276.235/0001-25

